

# CERTICADO DE CALIBRACION

CLIENTE: CN NETWORKS S.A.S  
DOCUMENTO: 901671799-2

EQUIPO	KING OPTICAL FIBER COMUNICATION
MARCA	KING
MODELO :	60S
NUMERO DE SERIE:	1114A100706
INCERTIDUMBRE (%)	± 0,5
LONGITUD DE ONDA ESTANDAR	1310, 1490, 1510
FECHA DE CALIBRACION:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROXIMA CALIBRACION:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRUEBA N°	LONGITUD DE ONDA (nm)	POTENCIA(dBm)	VALOR LONGITUD DE ONDA (±0.020nm)	APROBADO
1	1310	-0,500	1310	CUMPLE
2	1310	-0,500	1310	CUMPLE
3	1310	-0,510	1310	CUMPLE
4	1310	-0,530	1310	CUMPLE
5	1310	-0,500	1310	CUMPLE
6	1490	-0,510	1490	CUMPLE
7	1490	-0,510	1490	CUMPLE
8	1490	-0,520	1490	CUMPLE
9	1490	-0,530	1490	CUMPLE
10	1490	-0,500	1490	CUMPLE
11	1550	-0,530	1550	CUMPLE
12	1550	-0,520	1550	CUMPLE
13	1550	-0,500	1550	CUMPLE
14	1550	-0,500	1550	CUMPLE
15	1550	-0,500	1550	CUMPLE

**EQUIPOS DE PRUEBA**

- \* MEDIDOR DE POTENCIA EXFO EXFO FPM300
- \* PATRON DE MUESTREO Y RETENCION 1310nm-1490nm-1550nm
- \* ANALIZADOR DE ESPECTRO PROLITE-60

CERTIFICA

*Giovanny Zarate G.*  
GIOVANNY ZARATE GUTHERREZ.  
Dpto. Técnico TELEZAR COMUNICACIONES

*Giovanny Zarate G.*  
Técnico de Laboratorio  
Electrónica y Telecomunicaciones

