



NIT. 59313590-2
JUDY ANDREA GUARANGUAY GUERRERO

TZC0742

CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN MECÁNICA

TELEZAR COMUNICACIONES. Certifica que la máquina de Empalme por Fusión realizada a continuación ha sido ajustada mecánicamente en los siguientes parámetros para fusiones en fibra Óptica Monomodo y Multimodo:

- AJUSTE DE SENSORES
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMBER, PISA FIBRAS Y CUERPO DE QUILIBRIO DEL EQUIPO
- AJUSTES DE MOTORES Y CARROS
- LIMPIEZA DE V-GROOVES
- AJUSTE DE FUNCION DE CORRECCION DE EXCENTRICIDAD
- AJUSTE POSICION DE ARCO
- AJUSTE DE FIBER CLAMP


EQUIPO: FUSIONADORA
MARCA: SIGNAL FIRE
MODELO: AI-9
NUMERO DE SERIE: A12A22111420
FECHA DE CALIBRACION: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROXIMA CALIBRACION: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
CLIENTE: COR INGENIEROS
CORREO: info@coringenieros.com
NIT. 900268880 - 0



PATRONES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	MODELO	N° DE SERIE	N° CERTIFICADO	VENCE
OTDR	JDSU	NETTEST	CMA4500	120017	25/03/2025
BOBINA FO 1KM	CORNING	702615LN			
BOBINA FO 1KM	CORNING	CS831746			

Certificado por:


GIOVANNY ZARATE GUTIERREZ.
Dpto. Técnico TELEZAR COMUNICACIONES

Giovanny Zarate G.
Técnico de Laboratorio
Electrónica y Telecomunicaciones

