TZC0747

NIT. 59313590-2
JUDY ANDREA GUARANGUAY GUERRERO

CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN MECÁNICA

TELEZAR COMUNICACIONES. Certifica que la máquina de Empalme por Fusión realizada a continuación, se encuentra fusionando normalmente y cumple con las especificaciones de exactitud de medida, ha sido ajustada mecánicamente en los siguientes parámetros para fusiones en fibra Óptica Monomodo y Multimodo, siguiendo los parámetros recomendados por el fabricante.

-AJUSTE DE SENSORES
-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMBER, PISA FIBRAS Y CUERPO DE QUILIBRIO DEL EQUIPO
-AJUSTES DE MOTORES Y CARROS
-LIMPIEZA DE V-GROOVES
-AJUSTE DE FUNCIÓN DE CORRECCIÓN DE EXCENTRICIDAD
-AJUSTE POSICIÓN DE ARCO
-LIMPIEZA DE ESPEJOS
-AJUSTE DE FIBER CLAMP

EQUIPO:	FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA
MARCA:	ELOIK
MODELO:	ALK - 88
NUMERO DE SERIE:	ALK8824922
FECHA DE CALIBRACION:	20 DE ENERO DE 2025
PROXIMA CALIBRACION:	20 DE ENERO DE 2026
CLIENTE:	DAICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.
CORREO	daicom.ingenieria@yahoo.com.co
NIT.	900576971-3
DIRECCIÓN:	AP 403 TO 14 CR 9 79 00 CONJ BOSQUE LARGO

PATRONES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	FABRICANTE	MODELO	N° DE SERIE	N° CERTIFICADO	VENCE
OTDR	JDSU	NETTEST	CMA4500	120017	25/03/2025
BOBINA FO 1KM	CORNING	702615LN			
BOBINA FO 1KM	CORNING	CS831746			

CONDICIONES AMBIENTALES DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN

TEMPERATURA:	21° C± 1 °C
HUMEDAD RELATIVA:	52% ± 2%
PARAMETRO:	AJUSTE MECÁNICO

Certificado por:

GIOVANNY ZARATE GUTIERREZ.
Dpto. Técnico TELEZAR COMUNICACIONES

Giovanny Zarate G.
Técnico de Laboratorio
Electrónica y Telecomunicaciones

TELEZAR COMUNICACIONES
telezartz@gmail.com
311 886 9533 - 310 302 4059