NIT. 59313590-2
JUDY ANDREA GUARANGUAY GUERRERO

CERTICADO DE CALIBRACION

CLIENTE: **COR INGENIEROS SAS**
DOCUMENTO: **900268880 - 0** CORREO: **info@coringenieros.com**
DIRECCIÓN: **CR 7 A 21 21**

EQUIPO:	MULTIIMETRO DE POTENCIA PARA FIBRA ÓPTICA
MARCA:	PRO´SKIT
MODELO :	MT - 7615
NUMERO DE SERIE:	4711552
INCERTIDUMBRE (%)	± 0,5
LONGITUD DE ONDA ESTANDAR	1310, 1490, 1510
FECHA DE CALIBRACION:	19 DE FEBRERO DE 2025
PROXIMA CALIBRACION:	19 DE FEBRERO DE 2026

PRUEBA N°	LONGITUD DE ONDA (nm)	POTENCIA(dBm)	VALOR LONGITUD DE ONDA (±0.020nm)	APROBADO
1	1310	-0,500	1310	CUMPLE
2	1310	-0,500	1310	CUMPLE
3	1310	-0,500	1310	CUMPLE
4	1310	-0,540	1310	CUMPLE
5	1310	-0,500	1310	CUMPLE
6	1490	-0,500	1490	CUMPLE
7	1490	-0,510	1490	CUMPLE
8	1490	-0,520	1490	CUMPLE
9	1490	-0,540	1490	CUMPLE
10	1490	-0,500	1490	CUMPLE
11	1550	-0,540	1550	CUMPLE
12	1550	-0,520	1550	CUMPLE
13	1550	-0,500	1550	CUMPLE
14	1550	-0,500	1550	CUMPLE
15	1550	-0,500	1550	CUMPLE

EQUIPOS DE PRUEBA
* MEDIDOR DE POTENCIA EXFO EXFO FPM300
* PATRON DE MUESTREO Y RETENCION 1310nm-1490nm-1550nm
* ANALIZADOR DE ESPECTRO PROLITE-60

TELEZAR COMUNICACIONES
telezartz@gmail.com
311 886 9533 - 310 302 4059

CERTIFICA

Giovanny Zarate G.

GIOVANNY ZARATE GUTIERREZ.
Dpto. Técnico TELEZAR COMUNICACIONES